



**Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca**  
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja  
**Palárikova 2311, 022 16 Čadca**



## KÚPNA ZMLUVA č 0107/To/2016

podľa ust. § 409 zákona č. 513/1991 Sb., v znení neskorších predpisov  
Obchodný zákonník

uzatvorená medzi

Predávajúcim:

Kupujúcim:

**Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o.** Kysucká nemocnica s poliklinikou  
**Čadca**

Sídlo: Piešťanská 12  
97405 Nové Mesto nad Váhom  
IČO: 46378 979  
DIČ: 2023373264  
IČ DPH: SK 2023373264  
Číslo účtu: [redacted]

Sídlo: Palárikova 2311  
022 16 Čadca  
IČO: 17 335 469  
DIČ: 2020552083  
IČ DPH: SK2020552083  
Číslo účtu: [redacted]

Menom ktorého kona:

Menom ktorého kona:

**Ing. Jaroslav Tonkovič, konateľ**

**Ing. Margita Vernerova, na základe splnomocnenia Ing. Martin Šenfeld, MBA, riaditeľ**

(ďalej len „predávajúci“ )

(ďalej len „kupujúci“)

### 1. Úvodné ustanovenie:

1. Predávajúci vyhlasuje, že je dovozcom, distribútorom a opravcom medicínskej techniky v Slovenskej republike.
2. Predávajúci vyhlasuje, že je oprávnený túto zmluvu na predmetnú vec kúpy uzavrieť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté.
3. Kupujúci vyhlasuje, že je podľa príslušných právnych predpisov, alebo iných predpisov oprávnený uzavrieť túto zmluvu a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté.

### 2. Predmet zmluvy:

1. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať dojednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje dojednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu podľa tejto zmluvy; kupujúci touto zmluvou a za podmienok v nej stanovených kupuje od predávajúceho do svojho vlastníctva tovar

číslo zmluvy: 229-E.4/2016  
Strana 1 z 7

anestéziologický prístroj Carestation 650, na základe EPT s e-aukciou zo dňa c. 4731252281 zo dňa 6.7.2016 (ďalej aj ako „predmet kúpy“).

### 3. Kúpna cena:

1. Kúpna cena predmetu kúpy bola určená na základe dohody zúčastnených strán nasledovne:

1ks. anestéziologického prístroja Carestation 650

Celková cena bez DPH:	€	19999,90
DPH vo výške 20 %:	€	3999,98
<b>Celková cena s DPH:</b>	<b>€</b>	<b>23999,88</b>

2. Dohodnutá kúpna Cena sa rozumie CIP kupujúceho a je cenou maximálnou, najvyššie prípustnou.

3. V kúpnej cene uvedenej v odseku 1 tohto článku je zahrnutá doprava, poistné, balné, clo a DPH, uvedenie do prevádzky, zaškolenie personálu a všetky ďalšie náklady súvisiace s plnením objednávky ako aj návod k obsluhu a vyhlásenie o zhode ( ďalej len „kúpna cena“).

4. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane DPH za dodaný predmet kúpy na základe faktúry vystavenej predávajúcim za podmienok dohodnutých v článku 4 tejto zmluvy.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že táto kúpna zmluva sa uzatvára s podmienkou, že kupujúci do uplynutia skúšobnej doby, ktorá je **30 dní od prevzatia tovaru**, tovar schváli (kúpa na skúšku podľa § 471 a § 472 Obch. zák.). Po prevzatí tovaru kupujúcim, má podmienka v predchádzajúcej vete (kúpa na skúšku) povahu rozvázovacej podmienky a platí, že kupujúci tovar schválil, ak ho písomne neodmietne v skúšobnej dobe.

6. Na základe dojednania v predchádzajúcom bode tejto zmluvy (bod 5.) sa zmluvné strany dohodli, že kupujúci je oprávnený odmietnuť a vrátiť tovar predávajúcemu v lehote 30 dní od prevzatia tovaru aj bez uvedenia dôvodu. Predávajúci je povinný v takom prípade tovar prevziať späť u kupujúceho a vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ak bola už zaplatená a kúpna zmluva sa zrušuje (rozvázovacia podmienka).



7. Predávajúci vyhlasuje, že tovar spĺňa technickú špecifikáciu, ktorá je uvedená v súťažných podmienkach a že tovar spĺňa všetky platné právne aj technické normy na použitie na účel, na ktorý je určený, inak je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.

#### 4. Fakturácia:

1. Predávajúci vyfakturuje kúpnu cenu za dodaný predmet kúpy kupujúcemu dohodnutú v článku 3 tejto zmluvy. Právo k fakturácii vznikne predávajúcemu ihneď po prevzatí predmetu kúpy kupujúcim vrátane všetkých príslušných dokladov vzťahujúcich sa na predmet kúpy a po uvedení predmetu kúpy do prevádzky a zaškolení personálu.
2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť faktúru na dohodnutú kúpnu cenu vystavenú predávajúcim na účet predávajúceho, podľa predchádzajúceho bodu tejto zmluvy, ktorej splatnosť je dohodnutá 60 dní od doručenia faktúry. Nevyhnutnou súčasťou faktúry bude dodací list, inak kupujúci nie je povinný faktúru uhradiť.

#### 5. Dodacie podmienky:

1. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa vzťahujú k predmetu kúpy a ktoré sú nutné k jeho prevzatíu a užívaniu.

#### 6. Dodacia doba:

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy podľa požiadaviek a potrieb kupujúceho najneskôr do 14 dní od podpísania tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „dodacia doba“). V prípade, že predávajúci poruší svoju povinnosť dodať kupujúcemu predmet kúpy riadne a včas v dodacej dobe podľa predchádzajúcej vety, je povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 30 EUR za každý deň omeškania s dodaním predmetu kúpy kupujúcemu riadne a včas (v dodacej dobe).
2. Kupujúci je povinný predmet kúpy, ktorý bude dodaný riadne a včas, prijať, ak sa s predávajúcim nedohodne inak.

#### 7. Miesto dodania:

1. Predávajúci dodá kupujúcemu predmet kúpy na pracovisko Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca (ďalej len „miesto dodania“).

#### 8. Reklamácia:

1. Dohodou zmluvných strán, boli dohodnuté nasledujúce doby pre prípadné reklamácie:





- a) kvantitatívna reklamácia - do 30 dní od prevzatia predmetu zmluvy v mieste dodania.
- b) kvalitatívna reklamácia - po dobu záruky 24 mesiacov.

#### 9. Záručná doba, servis:

1. Záručná doba na predmet kúpy, ktorý kupujúci od predávajúceho na základe tejto zmluvy prevezme je 24 mesiacov od dňa prevzatia predmetu kúpy kupujúcim. Predávajúci garantuje technické parametre uvádzané výrobcom.
2. Záručný a pozáručný servis sa zaväzuje vykonávať predávajúci.
3. Predávajúci sa zaväzuje začať s opravou prípadnej vady alebo poruchy na dodanom predmete kúpy do 48 hodín od jeho písomného nahlásenia (za písomné nahlásenie sa považuje aj oznámenie elektronickou poštou alebo faxom) a opravu uskutočniť bezodkladne, inak je predávajúci povinný bezodplatne vypožičať kupujúcemu vec s podobnými vlastnosťami a funkciou ako predmet kúpy.
4. Ohlásenie vady oznámi za kupujúceho zodpovedná osoba predávajúcemu na tel. číslo +421 903439298 (Stanislav Prachař), alebo na Tel/Fax: 032/7798118 alebo na e-mail: [stanislav.prachar@messermedical.sk](mailto:stanislav.prachar@messermedical.sk).
5. Po uplynutí záručnej doby je možné uzavrieť servisnú zmluvu. Predávajúci je povinný po uplynutí záručnej doby vykonať na požiadanie kupujúceho pozáručný servis predmetu kúpy vrátane dodania náhradných dielov na základe objednávky. Pri neodstránení poruchy do 14 dní od jej nahlásenia, je predávajúci povinný bezodplatne vypožičať kupujúcemu náhradný prístroj s porovnateľnými vlastnosťami a parametrami ako predmet kúpy do odstránenia vady/poruchy.
6. Predávajúci sa zaväzuje po dobu 10 rokov od protokolárneho odovzdania predmetu kúpy realizovať servis predmetu kúpy a dodávať kupujúcemu náhradné diely a spotrebný materiál vzťahujúci sa na predmet kúpy, inak je povinný bezodplatne vypožičať kupujúcemu náhradný prístroj s porovnateľnými vlastnosťami a parametrami ako predmet kúpy do odstránenia vady/poruchy alebo do uplynutia dojednanej doby pozáručného servisu.
7. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že v prípade, že sa na predmete kúpy vyskytnú vady/poruchy v dobe 3 rokov od skončenia záručnej doby viac (častejšie) ako 3 krát v priebehu 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, je kupujúci oprávnený požadovať od kupujúceho výmenu predmetu kúpy za nový rovnaký tovar a ak to nie je možné, za tovar s porovnateľnými parametrami a vlastnosťami ako je predmet kúpy a predávajúci je povinný kupujúcemu vymeniť predmet





kúpy za nový rovnaký tovar a ak to nie je možné, za tovar s porovnateľnými parametrami a vlastnosťami ako je predmet kúpy (bez nároku na akýkoľvek doplatok) a dodať mu tento nový tovar v rovnakej dobe ako bola dodacia doba od požiadania o výmenu, inak je kupujúci oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy a vrátiť predmet kúpy predávajúcemu, ktorý je povinný prevziať predmet kúpy od kupujúceho v mieste dodania predmetu kúpy a vrátiť kupujúceму celú zaplatenú kúpnu cenu za predmet kúpy do 15 dní od odstúpenia od tejto zmluvy podľa tohto bodu.

#### 10. Ďalšie ustanovenia:

1. Táto zmluva sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Zmeny tejto zmluvy sú možné po vzájomnej dohode zmluvných strán formou číslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých kupujúci dostane dva (2) rovnopisy a predávajúci jeden (1) rovnopis.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich slobodnej a uváženej vôle, nie v tiesni, alebo z nápadne nevýhodných podmienok a na dôkaz tejto skutočnosti ju podpisujú.

V Novom Meste nad Váhom

dňa: 30.06.2016 *22.07.2016*



*Margita Veľnicová*  
na základe splnomocnenia


*Margita Veľnicová* *Y*



**Opis zákazky:**

Anestéziologický prístroj pre potreby Oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca

**Carestation 650 + monitor Carescape B650**



POŽADOVANÉ PARAMETRE	PONÚKANE PARAMETRE
kompaktný pojazdný prístroj pre aplikáciu inhalačných anestetík s využitím spätného vdychovania, vrátane low-flow a minimalflow anestézie,	Áno
•jednoduché intuitívne ovládanie prístroja,	Áno
•automatická kontrola prístroja,	Áno
•elektrické napájanie 230V so záložným napájaním, vstavaným akumulátorom, so zálohou na min. 30 minút	Áno
•elektronický zmiešavač umožňujúci presné dávkovanie plynov aj pri nízkych prietokoch (lowflow, minimalflow)	áno
•napájanie stlačeným plynom O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> O a vzduch z centrálnych rozvodov	Áno
•záložné napájanie plynov z 11 l tlakových fliaš pre O <sub>2</sub> a N <sub>2</sub> O s pripojenými redukčnými ventilmi	Áno
•prehľadný farebný display anestezologického prístroja, s uhlopriečkou min. 26 cm	Áno
•dodatočný regulovateľný vývod kyslíka na nosné okuliare alebo na masku	Áno
•pacientský diel s integrovaným aktívnym, el. ohrevom pre podporu minimal a low-flow anestézie	Áno
•presný odparovač Sevofluranu a Isofluranu prípadne desfluranu	Áno
•anestezologický okruh ,vrátane častí ventilátora, ktoré prichádzajú do styku s dýchacou zmesou, musia byť autoklavovateľné a rozoberateľné bez použitia špeciálnych nástrojov	Áno
•musí obsahovať bezpečnostné prvky na predídene vysokých tlakov v okruhu	Áno
•musí mať ochranu proti podaniu hypoxickej zmesi plynov	Áno
•anestezologický okruh s absorbérom CO <sub>2</sub> , vymeniteľným aj počas prevádzky prístroja bez obmedzenia jeho činnosti	Áno
•účinné aktívne odsávacie zariadenie na odstraňovanie anestetických plynov	Áno

*Handwritten signatures in blue ink.*

•účinná odsávačka biologických materiálov z dýchacích ciest	áno
•osvetlenie anesteziologického prístroja pre prácu v tme	Áno
•moderný integrovaný ventilátor s režimami: spontánna ventilácia, manuálna ventilácia, tlakovo kontrolovaná ventilácia / PCV, objemovo kontrolovaná / VCV, tlaková podpora / PS, SIMV/PS	Áno
•ventilátor vhodný pre kojencov, deti a dospelých bez potreby výmeny akýchkoľvek komponentov prístroja	Áno
•dychový objem v min. rozsahu 20-1400ml	Áno
•dychová frekvencia v min. rozsahu 4 až 60/min.	Áno
•pomer I:E minimálne 2:1 až minimálne 1:4	Áno
•PEEP minimálne 20	Áno
•anesteziologický ventilátor el. poháňaný	Áno
•prietokový trigger min. 2-10 l/min.	Áno
•musí mať monitory koncentrácie anestetických plynov so zobrazením hodnôt na displeji anesteziologického prístroja alebo môže byť súčasťou monitora vitálnych funkcií	Áno
•musí merať vdychové a výdychové koncentrácie CO <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> ako aj vdychové a výdychové koncentrácie N <sub>2</sub> O a použitých inhalačných anestetík /Isofluran, Sevoflurane, Desflurane/ s automatickou detekciou použitého anestetika a výpočtom MAC, prípadne X MAC, presné meranie spotreby čerstvých plynov a anestetík a ich vyjadrenie v eurách – vynulovanie	áno
•monitor vitálnych funkcií umožňuje kontinuálne sledovanie potrebných údajov na farebnej obrazovke s minimálnou veľkosťou 25 cm	Áno
•monitor umožňuje meranie vitálnych funkcií všetkých vekových kategórií pacientov	Áno
•súčasné zobrazenie minimálne 8-ich kriviek	Áno
•grafické, numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov za posledných min. 24 hodín s možnosťou tlače na integrovanej termotlačiarňi	Áno
•optické a akustické alarmy	Áno
•monitorované parametre: EKG s analýzou ST segmentu; analýza arytmií; krivka respirácie a hodnoty; SpO <sub>2</sub> – krivka a hodnoty; neinvazívny tlak – systolický, diastolický, stredný, s automatickým a manuálnym nastaviteľným časom merania; invazívny tlak krvi – minimálne 2 vstupy - pre meranie arteriálneho, CVT tlaku; 2x merania teploty, BIS modul	Áno
•monitoring ventilačných parametrov: kompletný monitoring spirometrie (VT Insp/Exp., MV – inspir./ expiračná, PEEP, PEAK, Plato, compliance, rezistencia, ...)	Áno
•kompletné príslušenstvo – EKG káble, saturačný senzor, manžety na meranie neinvazívneho tlaku rôznych veľkostí, káble na meranie invazívneho tlaku, teplotná sonda - kožná a ezofageálna, spotrebný materiál k monitoringu koncentrácie plynov, patientský hadicový okruh, absorbér CO <sub>2</sub>	Áno
•V cene predmetu zákazky musia byť zahrnuté služby spojené s dodaním tovaru (jeho doprava a vyloženie na miesto plnenia, inštalácia, zaškolenie obsluhy	Áno
•certifikát o zhode	Áno
•zapojenie a spojzdenenie	Áno
•záruka 24 mesiacov	Áno