



E. 388-E.4/2016

Kúpna zmluva č. Z201633541_Z

Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
 Sídlo: Palárikova 2311, 02216 Čadca, Slovenská republika
 IČO: 17335469
 DIČ: 2020552083
 IČ DPH: SK 2020552083
 Číslo účtu: 
 Tel: 

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: INFOLAB Slovakia, s. r. o.
 Sídlo: Kpt. Nálepku 454/31, 01861 Beluša, Slovenská republika
 IČO: 46732101
 DIČ: 2023541421
 IČ DPH: SK2023541421
 Číslo účtu: SK4102000000003026646559
 Tel: +421908715689

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Vysokokapacitná centrifúga na krvné vaky
 Kľúčové slová: Centrifúga na krvné vaky pre účely transfúznej služby
 CPV: 42931100-2 - Laboratórne odstredivky a príslušenstvo
 Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

.

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vysokoobjemová centrifúga s rotorom na min. 12 ks 500 ml odberových vakov a príslušenstvom	kus			1
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Samostatne stojaca centrifúga, 3 x 240 V, 50-60 Hz	nevyhnutné			
Deklarovanie certifikátom pre použitie na účely krvných liekov -transfúzií	nevyhnutné			
Pevná, masívna konštrukcia pre každodenné použitie	nevyhnutné			
Bezúdržbový hnací motor rotora, bez uhlíkový	nevyhnutné			
Detekcia nevyváženia	nevyhnutné			
Tolerancia nevyváženia minimálne	80 g			

Automatická detekcia a identifikácia rotora	nevyhnutné
Efektívne chladenie a ohrievanie v rozmedzí -20 až + 40 st. C	nevyhnutné
Nerezové - antikorové prevedenie vane centrifúgy	nevyhnutné
Otváranie dvierok na ľavú stranu s dvomi podpornými pneumatickými piestami	nevyhnutné
Minimálne dva motorizované, automatické zámky dvierok	nevyhnutné
Núdzové otváranie v prípade výpadku el. energie, alebo poruchy	nevyhnutné
Ergonomická výška nakladacej hrany od zeme pre jednoduchú prácu	88 cm
Intuitívny a jednoduchý ovládací softvér	nevyhnutné
Dotykový TFT displej	nevyhnutné
Transparentné validačné okienko v strede dvierok pre účely optickej kontroly otáčok	nevyhnutné
Maximálna výška otvorených dvierok od nakladacej hrany	82 cm
Transportné a manipulačné kolieska pre jednoduchý servis a upratovanie	nevyhnutné
Fixačné a vyvažovacie nožičky 4 x	nevyhnutné
Certifikát CE, vyhlásenie o zhode s normou EN 61010-2-020	nevyhnutné
Garancia výrobcu, že prístroj udrží nastavenú teplotu +4 st. C pri maximálnom zaťažení a výkone v nepretržitom režime	nevyhnutné
Externý konektor DC +24 V, max 0,5 A pre externý alarm	nevyhnutné
Pop up textové zobrazovanie udalostí na displeji	nevyhnutné
Ovládacie jazyky: EN, DE, prípadne SK, alebo CZ	nevyhnutné
Časovač nastaviteľný od min 10 sekúnd po min 99 hod a 59 min a nekonečno - nepretržitá funkcia	nevyhnutné
Nastavenie časovača do 1 min po 1 sekunde, po jednej minúte po 1 minúte	nevyhnutné
Funkcia Skrátené centrifugovanie Short Run - Fast run	nevyhnutné
Nastavovanie rýchlosti v režime ot./min RPM po 1 otáčke / min, alebo po 10 ot. / min	nevyhnutné
Možnosť nastavovania a zobrazovania centrifugačnej sily v g, automatický prepočet na použitý rotor	nevyhnutné
Nastavenie teploty vo vnútri centrifugačného priestoru v rozhraní -20 až + 40 st. C	nevyhnutné
Nastavenie teploty po 1 st. C	nevyhnutné
Funkcia Stand by režim, nekonečné udržiavanie vychladeného centrifugačného priestoru	nevyhnutné
Funkcia rýchleho schladenia Rapid cooling, alebo Fast cooling	nevyhnutné
Možnosť ignorovania nenadobudnutej požadovanej teploty pri štarte centrifugovania, zmena možností nastavenia kedykoľvek	nevyhnutné
Užívateľský programovateľné vstupy, počet programov minimálne	60
Možnosť definovania názvu užívateľského programu	nevyhnutné
V zozname programov je možné vidieť aj nastavené hodnoty pre centrifugovanie	nevyhnutné
Lineárne rozbehové krivky, užívateľom programovateľné v počte minimálne	10
Kvadratické rozbehové krivky, užívateľom programovateľné v počte minimálne	10
Lineárne brzdné krivky, užívateľom programovateľné v počte minimálne	10
Kvadratické brzdné krivky, užívateľom programovateľné v počte minimálne	10
Funkcia vypnutia brzdenia pre kontrolu nestáleho sedimentu	Nevyhnutné
Funkcia kombinovaného dobrzdovania a spomaľovania od 1000 do 100 ot./min	Nevyhnutné

vypínateľný zvukový signál s nastaviteľnou dĺžkou pípnutia	Nevyhnutné
Optické znázorňovanie statusu a stand by režimu	Nevyhnutné
Počítadlo centrifugačných cyklov	Nevyhnutné
Počítadlo životnosti rotora	Nevyhnutné
Automatické, programovateľné otváranie zámku veka po dokončení centrifugácie	Nevyhnutné
Predprogramované parametre všetkých typov použiteľných rotorov v pamäti prístroja	Nevyhnutné
Softvérová kalkulácia pre kvapaliny s hustotou nižšou ako 1,2 g/cm ³	Nevyhnutné
Funkcia oneskoreného štartu	Nevyhnutné
Možnosť blokovania softvéru pre nepovoláný vstup s prístupovým kódom	Nevyhnutné
Kontrola všetkých parametrov v reálnom čase na displeji aj počas centrifugácie	Nevyhnutné
Mikroprocesorové riadenie	Nevyhnutné
Kalibračný certifikát pre rýchlosť a čas centrifugácie	Nevyhnutné
Kalibračný certifikát pre teplotu	Nevyhnutné
Maximálna spotreba elektrickej energie v KW	6,5
Minimálna cetrifugačná kapacita rotora	9 Litrov
Maximálna rýchlosť centrifugácie minimálne	5 100 ot./ min
Odrušenie prístroja podľa EN 61326	Nevyhnutné
Vonkajšie rozmery maximálne : výška, šírka, hĺbka	980x810x910 mm
Maximálna výška s otvorenými dvierkami	1690 mm
Maximálna váha bez rotora	420 kg
Maximálna hlučnosť pri 4 100 ot. /min	61 dB

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Dodanie vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie a zaškolenia personálu.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať nové, nepoužívané a nerepasované zariadenie.
Dodávateľ predloží do 5 dní odo dňa účinnosti zmluvy kontaktné údaje na osobu dodávateľa, zodpovednú za plnenie premetu zmluvy.
Dodávateľ predloží do 5 dní odo dňa účinnosti vyhlásenie zhody a doplňujúce podklady k nemu, certifikáty vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov s technickými špecifikáciami zariadenia.
Dodávateľ predloží do 5 dní odo dňa účinnosti zmluvy technickú špecifikáciu predmetu zmluvy a to tak, že z nej bude možné presne zistiť plnenie všetkých parametrov špecifikácie danej objednávateľom.
V prípade, že dodávateľ nepredloží objednávateľovi požadovane doklady do 5 dní od uzavretia zmluvy podľa špecifikácii v popise zákazky, má objednávateľ právo zrušiť zmluvu.
Minimálne 1-krát ročne servisná prehliadka počas záručnej doby.
Záručná doba minimálne 24 mesiacov.
Vykonávanie pozáručného servisu v trvaní minimálne 8 rokov.
V prípade ak kontraktačnú ponuku predkladá dodávateľ z iného členského štátu EÚ, predkladá ju vrátane DPH v príslušnej výške %, pričom fakturácia zo strany dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí objednávateľ v príslušnej výške % do štátneho rozpočtu na Slovensku cez príslušný daňový úrad.
V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou
Dodacia doba maximálne 6 týždňov od uzavretia zmluvy v EKS

Ak sa zadávanie zákazky zúčastní iba jeden dodávateľ, EKS označí zadávanie zákazky za nedokonané.	
Názov	Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Žilinský
 Okres: Čadca
 Obec: Čadca
 Ulica a číslo: Palárikova 2311

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

02.11.2016 08:00:00 - 14.12.2016 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
 Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 33 300,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 39 960,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 24.10.2016 13:38:04

Objednávateľ:

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

INFOLAB Slovakia, s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska