

p.č. 407-E-5/2016

Dodatok č. 1

ku Zmluve o vykonávaní servisných prác a preventívneho servisu č.012-E.4/2016, zo dňa 27.1.2016

účastníci zmluvy :

Objednávateľ: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Paláriková 2311, 022 16 Čadca
Menom ktorého koná: Ing. Martin Šenfeld, MBA, riaditeľ
tel.: 041/4604 111, fax: 041/4333318
IČO: 17335469, DIČ: 2020552083
IČ DPH: SK2020552083
Bankové spojenie: [redacted]
číslo účtu (IBAN): [redacted]

Zhotoviteľ: MEDIS Nitra, spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra
Menom ktorého koná: Jozef Hamar, prevádzkový riaditeľ
tel: 037 / 6533541, 6535615
IČO: 36531774, DIČ: 2020148152
IČ DPH: SK2020148152
Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu (IBAN): [redacted]
Obchodný register: [redacted]

uzatvorili tento Dodatok č. 1 ku Zmluve o vykonávaní servisných prác a preventívneho servisu č.012-E.4/2016 zo dňa 27.1.2016:

1. V časti – **Príloha č.1.** – dopĺňa sa o dva pľúcne ventilátory Hamilton C2 vč.11620 – inštalovaný 9.8.2016 a Hamilton C2 vč.11788 – inštalovaný 26.10.2016 na OAIM. Počas záruky 24 mesiacov budú na každom prístroji vykonané 4 prehliadky* zdarma, platený bude iba kyslíkový senzor vo výške 321,32€+DPH/1ks. Po skončení záruky bude cena prehliadky štandardná 555,00€+DPH/1prístroj.
2. Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 2 exemplároch a platnosť nadobúda dňom jej podpisu oboma účastníkmi. V ďalšom texte zostáva Zmluva o vykonávaní servisných prác a preventívneho servisu č.012-E.4/2016 bez zmien.
3. Tento Dodatok č. 1 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o vykonávaní servisných prác a preventívneho servisu č.012-E.4/2016 zo dňa 27.1.2016.