



Kúpna zmluva č. Z201728518_Z




uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Kysucká nemocnica s poliklinikou Cadca
 Sídlo: Palárikova 2311, 02216 Cadca, Slovenská republika
 IČO: 17335469
 DIČ: 2020552083
 IČ DPH: SK 2020552083
 Číslo účtu: 
 Telefón: 

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Siemens Healthcare s.r.o.
 Sídlo: Lamačská cesta 3/A , 84104 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 48146676
 DIČ: 2120074869
 IČ DPH: 
 Číslo účtu: 
 Telefón: 

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ultrazvukový prístroj pre rádiologické oddelenie
 Kľúčové slová: USG, ultrazvuk
 CPV: 33124120-2 - Diagnostické ultrazvukové prístroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
 Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Ultrazvukový prístroj pre rádiologické oddelenie

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Plochý LED monitor, na otočnom ramene	"	21,5		
Rozlíšenie monitora	bodoch	1.920 x 1.080		
Obrazová frekvencia	Hz	1.000		
Počet spracovávajúcich kanálov	počet	67.392		
Celkový dynamický rozsah prístroja	dB	210		
Frekvenčný rozsah prístroja	MHz	1-16		
Maximálna zobrazovaná hĺbka	cm	30		
Počet portov pre 2D sondy (bez tužkovej)	počet	3		
Obrazová rýchlosť pri 2D farebnom mapovaní	Hz	215		
Prístroj musí obsahovať interný HDD	GB	512		
Prístroj musí mať zabudované USB porty	počet	6		



Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Plne digitálny systém s digitálnym spracovaním signálov a digitálnym formovaním ultrazvukového lúča	áno
Prístroj musí umožňovať jednoduché ovládanie všetkých funkcií pomocou podsvietených aktívnych tlačidiel aj dotykového panela	áno
Vysokokvalitné 2D zobrazovanie	s harmonickým zobrazením
2D farebné mapovanie prietokov	áno
Meranie rýchlosti toku	založené na doplerovom jave
Merací rozsah rýchlosti toku pri 2D farebnom mapovaní	v minimálnom rozsahu 2,5 až 450 cm/s
Pulzný doppler	áno
Prístroj musí byť schopný zobraziť spektrum rýchlostí	áno
Prístroj musí umožňovať automatické obkresľovanie rýchlostného spektra v reálnom čase ako aj v "zmrazenom" obraze	áno
Prístroj musí umožňovať automatické vyhodnotenie rýchlostného spektra toku a vypočítať PI, RI index, TAV/TAP, S/D pomer v "živom" aj "zmrazenom" obraze	áno
Prístroj musí umožňovať pripojenie k sieti LAN	áno
Prístroj musí podporovať štruktúrované reporty a DICOM 3.0 protokol	áno
Prístroj musí podporovať pripojenie externého monitora	pomocou HDMI alebo DVI
Prístroj musí obsahovať DVD archivačné zariadenie	DVD napáľovačka
Prístroj musí obsahovať čiernobiely termotlačiareň	áno
K prístroju musí byť možné pripojiť PC tlačiareň	áno
Prístroj musí umožňovať tvoriť reporty ako aj ich tlač na PC tlačiarňi	áno
Prístroj musí obsahovať	technológiu priestorového skladania obrazov tzv. Compound Imaging
Prístroj musí obsahovať	technológiu na potlačenie šumu uzv. obrazu a zvýraznenie hrán v obraze
Prístroj musí obsahovať	jednotlačidlovú automatickú multiparametrickú optimalizáciu 2D obrazu a Dopplerovského spektra v reálnom čase
Možnosť rozšíriť prístroj o antivírusový systém pre ochranu SW prístroja	áno
Prístroj musí obsahovať	program na prácu s echokontrastnými látkami pri použití nízkeho a vysokého mechanického indexu - kontrastné zobrazenie a mať nainštalovaný SW na analýzu nasnímaných údajov a dynamiky sýtenia lézie
Prístroj musí umožňovať	vytvoriť prednastavenia vyšetrovacích parametrov, umožňovať aj vytvoriť skenovacie - vyšetrovacie protokoly, ktoré umožňujú automatizovať rutinnú prácu
Prístroj musí obsahovať	Elastografiu so zobrazovaním relatívnej tuhosti tkaniva
Prístroj musí obsahovať	Panoramatické zobrazovanie
Prístroj musí obsahovať	Auto IMT
Konvexná sonda	určená na vyšetovanie v abdominálnej oblasti, multifrekvenčná
Konvexná sonda	frekvenčný rozsah min. 2 - 6 MHz
Konvexná sonda	počet elementov min. 160
Konvexná sonda	max. FOV min. 70°
Lineárna sonda určená na vyšetovanie ciev	multifrekvenčná
Lineárna sonda určená na vyšetovanie ciev	frekvenčný rozsah min. 4 - 9 MHz
Lineárna sonda určená na vyšetovanie ciev	počet elementov min. 192

Lineárna sonda určená na vyšetovanie prsníkov a malých častí	multifrekvenčná
Lineárna sonda určená na vyšetovanie prsníkov a malých častí	frekvenčný rozsah min. 5,5 - 12 MHz
Lineárna sonda určená na vyšetovanie prsníkov a malých častí	počet elementov min. 256
Možné rozšírenia - prístroj musí byť možné v budúcnosti rozšíriť o	WiFi pripojenie s sieťou LAN

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Dodanie vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie a zaškolenia personálu.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať nové, nepoužívané a nerepasované zariadenie.
Dodávateľ predloží do 5 dní odo dňa účinnosti zmluvy kontaktné údaje na osobu dodávateľa, zodpovednú za plnenie premetu zmluvy.
Dodávateľ predloží do 5 dní odo dňa účinnosti vyhlásenie zhody a doplňujúce podklady k nemu, certifikáty vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov s technickými špecifikáciami zariadenia.
Dodávateľ predloží do 5 dní odo dňa účinnosti zmluvy technickú špecifikáciu predmetu zmluvy a to tak, že z nej bude možné presne zistiť plnenie všetkých parametrov špecifikácie danej objednávateľom.
V prípade, že dodávateľ nepredloží objednávateľovi požadované doklady do 5 dní od uzavretia zmluvy podľa špecifikácií v popise zákazky, má objednávateľ právo zrušiť zmluvu.
Minimálne 1-krát ročne servisná prehliadka počas záručnej doby.
Záručná doba minimálne 24 mesiacov.
Vykonávanie pozáručného servisu v trvaní minimálne 8 rokov.
V prípade ak kontraktáciu ponuku predkladá dodávateľ z iného členského štátu EÚ, predkladá ju vrátane DPH v príslušnej výške %, pričom fakturácia zo strany dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí objednávateľ v príslušnej výške % do štátneho rozpočtu na Slovensku cez príslušný daňový úrad.
V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje nižšia cena za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
Dodacia doba maximálne 6 týždňov od uzavretia zmluvy v EKS.
Obstarávateľ sa zaväzuje uhradiť výslednú cenu po až po kompletnom dodaní predmetu zákazky.
Dodávateľ je povinný preukázať minimálne 3 pozitívne referencie na produkt, ktorý mieni dodať.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Čadca
Obec: Čadca
Ulica: Palárikova 2311

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

23.06.2017 08:00:00 - 04.08.2017 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 46 997,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 56 396,40 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 16.06.2017 12:20:02

Objednávateľ:
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Siemens Healthcare s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
Podľa zákona č. 375/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite

Finančnú operáciu je - nie je - možná pokračovať alebo vy plniť, ak sa finančn časť už vykonala.	st aj ej
Finančnú operáciu	1
Meno a priezvisko z <i>M. B. B. B.</i>	
Dátum, podpis: <i>[Podpis]</i>	

16.06.2017