

č. 385 - E - 9 / 2019

# Kúpna zmluva č. Z201932238\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Kysucká nemocnica s poliklinikou Cadca  
Sídlo: Palárikova 2311, 02216 Cadca, Slovenská republika  
ICO: 17335469  
DIC: 2020552083  
IC DPH: SK2020552083  
Číslo účtu:  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Meditech SK, s.r.o.  
Sídlo: Okružná 152/50, 02204 Čadca, Slovenská republika  
IČO: 46964690  
DIČ: 2023679185  
IČ DPH: SK2023679185  
Číslo účtu:  
Telefón:

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Lôžka traumatologická JIS  
Kľúčové slová: elektricky polohovateľné lôžko, aktívny, antidekubitný systém  
CPV: 33192100-3 - Lôžka na zdravotnícke účely; 33192300-5 - Zdravotnícke vybavenie okrem lôžok a stolov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Položka č. 1: Lôžka pre poskytovanie štandardnej a intenzívnej starostlivosti

Funkcia				
Elektricky polohovateľné zdravotnícke lôžko pre poskytovanie štandardnej a intenzívnej starostlivosti				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Lôžko nemocničné s laterálnym náklonom, elektricky polohovateľné	ks			1
1.1 Bezpečné pracovné zaťaženie	kg	300		
1.2 Rozmer ložnej plochy	cm			200*90
1.3 Vonkajší rozmer	cm			222*105
1.4 Trendelenburg / Antitrendelenburg	stupeň			+16/-16
1.5 Laterálny náklon	stupeň			0 až 20
1.6 Autoregresia chrbtového dielu	cm	14		
1.7 Autoregresia stehenného dielu	cm	7,5		
1.8 Uhol chrbtového dielu	stupeň			0 až 72
1.9 Uhol stehenného dielu	stupeň			0 až 45
1.10 Uhol lýtkového dielu	stupeň			0 až 22

1.11 Mechanické predĺženie ložnej plochy	cm	20		
1.12 Priemer koliesok	mm			150
1.13 Zdvih ložnej plochy	cm			40
2. Aktívny antidekubitný systém	ks			1
2.1 Tichý chod kompresora	db		23	
2.2 Nosnosť matracu	kg	250		
3. Nemocničné lôžko elektricky polohovateľné	ks			4
3.1 Bezpečné prevádzkové zaťaženie	kg	250		
3.2 Vonkajší rozmer	cm	215*97		
3.3 Rozmer ložnej plochy	cm			200*85
3.4 Zdvih ložnej plochy	cm			39 až 84
3.5 Trendelenburg/Antitrendelenburg	stupeň			+16/-16
3.6 Autoregresia chrbtového dielu	cm			10,5
3.7 Autoregresia stehenného dielu	cm			8
3.8 Uhol chrbtového dielu	stupeň			0 až 72
3.9 Uhol stehenného dielu	stupeň			0 až 40
3.10 Uhol lýtkového dielu	stupeň			0 až 25
3.11 Predĺženie ložnej plochy	cm	20		
4. Pasívny antidekubitný matrac	ks			4
4.1 Rozmer	cm			200*85*16
4.2 Hustota studenej HR peny jadra matracu	kg/m3	40		
4.3 Nosnosť	kg	150		
4.4 Vodonepriepustnosť poťahu	mm	2000		
4.5 Paropriepustnosť poťahu	g/m2/24h	800		
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
1.1 4-dielná lôžná plocha	vyberateľné plastové lamely, ABS plast			
1.2 Sesterský ovládací panel LCD	pacientské ovládanie integrované v postraničiach			
1.3 Postranice plastové	s integrovanými ovládačmi			
1.4 Záložná batéria	plastový kryt podvozku			
1.5 Nožný ovládací panel	na ovládanie 7 funkcií			
1.6 Dvojitá autoregresia	CPR aj mechanické			
1.7 Univerzálny držiak príslušenstva 4x	podsvietený podvozok			
1.8 Nerezová eurolišta s háčikmi pre príslušenstvo	polica na lôžkoviny			
1.9 Dvojité plastové kolieska 150 mm	5.aretáčné koliesko			
1.10 Centrálna brzda	odnímateľné čelá s mechanickou aretáciou			
1.11 Hlavové čelo pripevnené k podvozku, nie LP(ložnej ploche)	kovová hrazda s plastovou hrazdičkou			
1.12 Nárazové kolieska v rohoch	predĺženie lýtkového dielu			
1.13 Svorka na vyrovnanie elektrického potenciálu	zvuková signalizácia pripojenia k el. sieti pri odbrzdených kolieskach			
1.14 Podvozok na stĺpoch	trojstĺpový systém			
2.1 Minimálne 3 komorový systém striedania tlaku v komorách	pre veľmi vysoké riziko vzniku dekubitov až IV. stupňa			
2.2 Funkcia statického a dynamického režimu	komory v hlavovej časti statické			
2.3 Manuálne nastavenie periódy striedania tlaku v celách na 4 hodnoty	5,10,15,20 minút			
2.4 Antivibračný systém	nastavenie tlaku v komorách podľa hmotnosti pacienta			
2.5 Systém Štart/Stop pre ušetrenie energie	zníženie hluku a predĺženie životnosti kompresora			

2.6 Akustický a vizuálny alarm	pre pokles tlaku a výpadok elektrickej energie
2.7 Zámok klávesnice	nočný režim (nastavenie jasu)
2.8 Matrac určený na priame polozenie na rošt postele	možnosť rýchleho vypustenia (manuálny CPR ventil)
2.9 Samostatne vymeniteľné komory	rozmer matraca 200x90 cm
2.10 Poťah matraca elastický, paropriepustný	vodeodolný a prateľný min. do 95 st. C
2.11 Možnosť časovo neobmedzeného transportu pacienta	bez prívodu elektrickej energie minimálne pre II. stupeň rizika vzniku dekubitov
3.1 4-dielná ložná plocha	kovové lamely
3.2 Postranice kovové, sklopné odnímateľné	vrátane prídavných postranníc
3.3 Sesterský ovládací panel + patientský ovládač	záložná batéria
3.4 Dvojitá autoregresia	CPR aj mechanické
3.5 Univerzálny držiak príslušenstva 4x	plastový kryt podvozku
3.6 Nerezová eurolišta pre príslušenstvo	kovová hrazda s plastovou hrazdičkou
3.7 Dvojité plastové kolieska 150 mm	s centrálnou brzdou
3.8 Odnímateľné čelá s mechanickou aretáciou	nárazové kolieska v rohoch
4.1 Okraje jadra matraca tvoria prířezy o väčšej tvrdosti	okraje matraca spevnené
4.2 Jadro pozdĺžne a priečne profilované so zaoblenými okrajmi	obojsstranne na 7 anatomických zón
4.3 Snímateľný poťah zo špeciálnej látky pre zdravotníctvo	so zipsom "L" pre ľahké snímanie, s ochranou zipsa (chlopňou)
4.4 Poťah prateľný až pri 95 0C	sušiteľný v sušičke až pri 120 0C
4.5 Poťah antialergický, antibakteriálny	poťah nehorľavý, CRIB 5 a CRIB 7
4.6 Poťah dezinfikovateľný dezinfekčnými prostriedkami v koncentráciách pre zdravotníctvo	poťah umývateľný, odolný voči krvi, moču a telesným tekutinám
4.7 Poťah pružný	v pozdĺžnom aj priečnom smere
4.8 Matrac klinicky testovaný	ako zdravotná pomôcka
4.9 Matrac vhodný pre stredné a vyššie riziko vzniku dekubitov	až pre III. stupeň

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Tovar musí byť nový, nepoužívaný, originálne zabalený
Zmluvná cena v sebe zahŕňa dopravné náklady vrátane doručenia, naloženia a vyloženia predmetu plnenia, balenie, prípadné poistenie prepravy a zaškolenie obsluhy.
Objednávateľ si vyhradzuje právo na bezplatné poskytnutie vzoriek do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Nedodržanie akéhokoľvek bodu technickej špecifikácie a uvedených osobitných požiadaviek na plnenie bude objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok zákazky, objednávateľ zákazku nepríjme a odstúpi od zmluvy so zadaním negatívnej referencie.
V prípade neposkytnutia vzoriek alebo nesúladu tovarov s Technickou špecifikáciou predmetu je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Objednávateľ pripúšťa len ponuku splňajúcu všetky požiadavky technickej špecifikácie.
V prípade, ak objednávateľ zistí, že predložené vzorky tovarov nezodpovedajú Technickej špecifikácii predmetu zmluvy, objednávateľ vzorky dodávateľovi nevráti, ale si ich ponechá ako súčasť dokumentácie k verejnému obstarávaniu ako dôkaz, že predložené vzorky nezodpovedajú Technickej špecifikácii predmetu požadovanej objednávateľom.
Kontaktná osoba objednávateľa posúdi dokumenty a vzorky predložené dodávateľom a najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa ich doručenia oznámi dodávateľovi (emailom), či predložené dokumenty a vzorky preukazujú splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v zmluve.
Požaduje sa predložiť emailom kontaktnej osobe objednávateľa "podrobný aktualizovaný rozpočet" do 7 pracovných dní od uzavretia zmluvy s uvedením presného názvu tovaru (obchodná značka) a typ ponúknutého tovaru, jeho technickú špecifikáciu a rozpis jednotkových cien zaokrúhlených na 2 desatinné miesta jednotlivých položiek tovarov uvedených v Technickej špecifikácii predmetu tak, aby celková cena zodpovedala cene uvedenej v zmluve.

41

Požaduje sa do 3 dní od uzavretia zmluvy doložiť certifikát dodávateľa vybavenia pre zdravotníctvo alebo ošetrovateľstvo
Požaduje sa do 3 dní od uzavretia zmluvy doložiť certifikát v slovenčine alebo úradnom preklade do slovenčiny o nehorľavosti poľahu matracu antibakteriálnych vlastnostiach poľahu matracu, hodnotách paropriepustnosti a nepremokavosti poľahu matracu
Požaduje sa do 3 dní od uzavretia zmluvy predložiť prehlásenie o zhode k položkám
Požaduje sa záručná lehota 24 mesiacov
Požaduje sa do 3 dní od uzavretia zmluvy doložiť autorizáciu výrobcov
Požaduje sa do 3 dní od uzavretia zmluvy doložiť certifikát servisného technika
Zmluvná pokuta za nedodržanie akéhokoľvek bodu technickej špecifikácie a osobitných požiadaviek na plnenie, nedodanie vzoriek a tovaru podľa popisu a špecifikácií je vo výške 10% z predpokladanej hodnoty zákazky na účet verejného obstarávateľa do 10 pracovných dní. Účelom zmluvnej pokuty je pokryť náklady, ktoré vzniknú v dôsledku nutnosti rušenia zmluvy a opakovania aukcie vrátane všetkých pridružených procesov, a to z dôvodu úmyselného alebo nezodpovedného ponúkajúceho tovaru a nesplnením osobitných požiadaviek.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Žilinský  
Okres: Čadca  
Obec: Čadca  
Ulica: Palárikova 2311

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

04.11.2019 07:00:00 - 31.12.2019 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks  
Požadované množstvo: 5,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 24 990,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 29 988,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktového systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 25.10.2019 10:38:05

Objednávateľ:

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Meditech SK, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska