

Zmluva o výpožičke

uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Čl. I Zmluvné strany

Vypožičiavateľ: **Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca**

Sídlo: Palárikova 231102, 2 16 Čadca

IČO: 17 335 469

DIČ: 2020552083

IČ DPH: SK2020552083

Menom ktorého koná:

Ing. Martin Šenfeld, MBA, riaditeľ

(ďalej len „vypožičiavateľ“)

Vypožičiavateľ: **Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o.**

Sídlo: Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Ing. Jaroslav Tonkovič, konateľ

Ing. Margita Vernerová, na základe splnomocnenia

IČO: 46378979

DIČ: 2023373264

IČ DPH: SK2023373264

Bankové spojenie: Tatra banka. a.s.

IBAN: ;

SWIFT:

Zapísany v Obchodný register Irencin c. v. 25685/R, odd. s.r.o.

(ďalej len „požičiavateľ“)

Čl. II. Predmet zmluvy

- Požičiavateľ sa zaväzuje prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania hnutelný majetok, a to: Monitor Carevance, výrobca GE HealthCare

Špecifikácia predmetu výpožičky je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. (ďalej len „predmet výpožičky“).

- Hodnota predmetu výpožičky určená požičiavateľom je celkom 15.375,00 € s DPH.
- Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že predmet výpožičky bude užívať v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
- Predmet výpožičky bude umiestnený na **Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM)** vypožičiavateľa.

Čl. III. Odovzdanie a prevzatie predmetu výpožičky

- Zmluvné strany sa dohodli, že požičiavateľ prenechá vypožičiavateľovi predmet výpožičky na bezplatné užívanie **na dobu 1 mesiaca** odo dňa odovzdania predmetu výpožičky požičiavateľom a jeho prevzatia vypožičiavateľom. Požičiavateľ odovzdá vypožičiavateľovi predmet výpožičky do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy (**Čl. VII. bod 5. tejto zmluvy**).

2. Miesto plnenia t.j. miesto odovzdania predmetu výpožičky vypožičiavateľovi je totožné s miestom vrátenia predmetu výpožičky požičiavateľovi. Dovož aj odvoz predmetu výpožičky do a z miesta plnenia zabezpečí požičiavateľ na vlastné náklady.
3. Odovzdanie a prevzatie predmetu výpožičky požičiavateľ a vypožičiavateľ potvrdia podpisom preberacieho protokolu (Protokol o odovzdaní), ktorý predloží požičiavateľ. Požičiavateľ prehlasuje, že predmet výpožičky je v čase odovzdania vypožičiavateľovi v stave spôsobilom na riadne užívanie na určený účel.

Čl. IV.

Práva a povinnosti požičiavateľa a vypožičiavateľa

1. Požičiavateľ je:
 - a) povinný predmet výpožičky udržiavať v stave spôsobilom na riadne užívanie a v takom stave ho udržiavať na vlastné náklady po celú dobu platnosti tejto zmluvy; bežné opotrebenie predmetu výpožičky pri dodržaní určeného spôsobu a účelu užívania požičiavateľ akceptuje a nebude ho považovať za poškodenie predmetu výpožičky vypožičiavateľom;
 - b) oprávnený požadovať vrátenie predmetu výpožičky, ak ho vypožičiavateľ užíva v rozpore s účelom vypožičania a/alebo touto zmluvou;
 - c) oprávnený počas doby platnosti tejto zmluvy vykonávať kontrolu spôsobu a účelu užívania predmetu výpožičky a jeho stavu;
 - d) povinný mať predmet výpožičky poistený pre prípad poškodenia, zničenía, straty, odcudzenia alebo iných škôd, ktoré na ňom vzniknú, a to počas celej doby platnosti tejto zmluvy;
 - e) povinný zabezpečiť zaškolenie zamestnancov vypožičiavateľa (obsluhujúci personál) pre riadne používanie predmetu výpožičky, a to pri odovzdaní predmetu výpožičky do užívania alebo najneskôr 1 pracovný deň po odovzdaní predmetu výpožičky vypožičiavateľovi; v prípade nesplnenia tejto povinnosti vypožičiavateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym užívaním; o zaškolení obsluhujúceho personálu vyhotoví požičiavateľ zápis - „Protokol o zaškolení obsluhy“, ktorý v jednom vyhotovení predloží vypožičiavateľovi;
 - f) povinný vykonať alebo zabezpečiť vykonanie opravy vady/poruchy/servisnej opravy, ak mu vypožičiavateľ písomne oznámil, že predmet výpožičky nie je (prestal byť) spôsobilý na riadne užívanie.
 - g) povinný oznámiť konkrétny termín odovzdania predmetu výpožičky vypožičiavateľovi, a to najmenej 3 dni pred dňom odovzdania predmetu výpožičky vypožičiavateľom
2. Vypožičiavateľ je povinný:
 - a) užívať predmet výpožičky riadne a v súlade s účelom a podmienkami tejto zmluvy,
 - b) chrániť predmet výpožičky pred jeho poškodením, stratou alebo zničením; v prípade poškodenia, straty, alebo zničenía bez zbytočného odkladu písomne oboznámiť požičiavateľa o uvedenom,
 - c) písomne oznámiť požičiavateľovi nutnosť vykonania opravy vady/poruchy/servisnej opravy, ak predmet výpožičky nie je (prestal byť) spôsobilý na riadne užívanie;
 - d) umožniť požičiavateľovi kontrolu predmetu výpožičky,
 - e) zabezpečiť, aby predmet výpožičky nebol umiestnený na iné miesto užívania (miesto plnenia) ako je uvedené v tejto zmluve,
 - f) užívať predmet výpožičky osobne t.j. nesmie ho prenechať do užívania tretej osobe, ani zriadiť na predmet výpožičky záložné právo a ani ho inak zaťažovať.

Čl. V.

Doba platnosti zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, **a to na dobu** odo dňa odovzdania predmetu výpožičky požičiavateľom a jeho prevzatia vypožičiavateľom.
Platnosť zmluvy môže byť ukončená:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán, alebo
 - b) uplynutím času, ak bola zmluva uzatvorená na dobu určitú, alebo
 - c) faktickým odovzdaním – vrátením predmetu výpožičky požičiavateľovi (s písomným potvrdením prevzatia predmetu výpožičky oprávnenou osobu požičiavateľa),

2. Vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky vrátiť v stave v akom ho prevzal s prihliadnutím na bežné opotrebenie a požičiavateľ sa zaväzuje ho prevziať najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.

Čl. VI. Náhrada škody

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade uplatnenia náhrady škody niektorou zo zmluvných strán, ktorej škoda vznikne sa budú riadiť ustanoveniami § 420 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvne strany počas platnosti tejto zmluvy sú povinné naplňať obsah tejto zmluvy tak, aby predchádzali hroziacim škodám.

Čl. VII. Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len na základe dohody zmluvných strán a to formou písomných dodatkov k tejto zmluve.
2. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
3. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 – špecifikácia.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť jej uzavretia (podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán) a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (www.crz.gov.sk).
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred podpisom prečítali, že bola uzatvorená na základe vzájomnej dohody, podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho vlastnoručne podpisujú.


V Poprade, dňa 22-06-2026

Za vypožičiavateľa:

V Novom Meste nad Váhom, dňa

Za požičiavateľa: 07-07-2026


Ing. Martin Šenfeld, MBA riaditeľ	Ing. Marg na základ
	Ing. Jaroslav Tonkovič, konateľ

Príloha č. 1 k Zmluve o výpožičke , evid. č.

Špecifikácia predmetu výpožičky – čl. II. bod 1

monitor GE Healthcare CAREVANCE D15 :

Konfigurácia: EKG, NIBP, invazívne tlaky , SpO2, teplota, respirácia, CO Insight , CO2 , BIS



Carevance D19



Carevance HUB

Robustná a odolná konštrukcia vydrží aj v drsnom prostredí a pri každodennom využívaní v rušných oblastiach zdravotnej starostlivosti.

- Aktualizovaná kyberbezpečnosť tým, že sa sleduje tok údajov v reálnom čase, tým, že sa prepínajú režimy automaticky, aby sa ukončili neočakávané udalosti, tak ako napríklad útok na sieť

- Stabilný výkon v drsných podmienkach prostredia
- Test pádu základnej jednotky z výšky 75 cm
- Batéria s výdržou 3 hodiny¹
- Kompatibilný s najnovšou normou EMC 4. vydanie

Vyrobený s modernými technológiami na podporu konektivity a prevádzky v celom nemocničnom zariadení.

- Podpora až 3 ďalších modulov
- Pacientský monitor GE Healthcare **Carevance D19 je modulárny monitorovací systém s 18,9" TFT farebnou dotykovou obrazovkou** .
- Obsahuje transportný modul/monitor Carevance H1 s 7" TFT farebnou dotykovou obrazovkou a požadované E moduly
- Napájanie zo siete 220V/50 Hz , alebo prevádzka na zabudovanom akumulátore po dobu 240 minút
- Možnosť voľby ľubovoľnej konfigurácie dvanástich kriviek a štyroch numerických polí vrátane ich farebného odlišenia.
- Možnosť pripojenia tlačiarne alebo zapisovača (opcia). Monitor má výstup pre pripojenie tlačiarne pre tlač reálnych kriviek, aktuálnych údajov, grafických a numerických trendov a tlač z pamäte udalostí.

- Ovláda sa pomocou otočného kolieska a priamo vyvedených kláves rýchlej voľby. Obrazovka je konfigurovateľná užívateľom.
- Grafické a numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov do 168 hodín s rozlíšením od 10 sekúnd do 1 minúty s možnosťou ich tlače.
- Integrované prepojenie s históriou alarmov
- Pamäť udalostí: pamäť pre 200 udalostí s možnosťou zachytenia reálnej krivky o dĺžke 20 s. Pamäť zahliásených alarmov: ALARM HISTORY
- Trend kurzor: možnosť prezerania a tlače vo všetkých typoch trendov.
- Optická aj akustická signalizácia alarmových stavov v 3 úrovniach priority + textová správa príčiny alarmu, priorita vizuálneho zobrazenia alarmov odlišená farebne (farbou blikajúceho osvetlenia) a priorita zvukového alarmu odlišená tónom signalizácie
- Monitor je dodávaný s nastavenými hodnotami alarmov. Alarmy sú aktívne i v prípade, že parameter nie je zobrazený na obrazovke do tej doby, pokiaľ príčina alarmu nie je odstránená. Alarmové hranice sú prehľadne usporiadané v centrálnom poli alarmov.

Transportný modul/monitor Carevance HUB

Meranie EKG:

- 3, 5, 12zvodov
- zobrazenie EKG krivky, možnosť výberu zvodu I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 až V6
- zobrazenie EKG krivky súčasne 3 kanály EKG 1, EKG 2, EKG 3
- meranie srdcovej frekvencie HR
- kontrola funkcie pacemakera
- sledovanie ischemie myokardu
- rýchlosť posuvu krivky 12,5 ; 25 ; 50 mm/s
- rozsah merania srdcovej frekvencie 30 – 250 bpm
- nastaviteľné alarmové limity

Kontinuálna analýza ST segmentu:

- Numerické ST dáta sú zobrazené vpravo od druhej stopy EKG
- Možnosť manuálneho nastavenia ST bodu
- Zobrazenie ST QRS komplexu pre každý zvod
- Grafický trend ST hodnôt
- Rozsah merania –
- Nastaviteľné alarmové limity
- Analýza arytmií - asystola, brady, tachy, ventikulárna fibrilácia, ventrikulárna tachykardia

Monitor štandardne sleduje dýchanie:

- Na základe impedančnej respirácie z EKG
- Zobrazenie respiračnej vlny a počtu respirácií
- Rozsah merania 4 – 120 dychov/min
- Nastaviteľné alarmové limity

Meranie pulznej oxymetrie:

- Meranie hodnoty saturácie kyslíkom
- Meranie pulzovej frekvencie HR
- Zobrazenie pletyzmografickej krivky
- Možnosť merania senzorom na prste ruky, nohy, na uchu, alebo u malých detí z dlane alebo chodidla
- Rozsah merania SpO2 40-100 %
- Rýchlosť posuvu krivky 12,5 ; 25 ; 50 mm/s
- Nastaviteľné alarmové limity

Meranie NIBP:

- Automatické meranie s voľbou intervalu cyklovania od 1 min do 4 hodín
- Meranie s manuálnym štartom
- Kontinuálne meranie počas doby 5 minút
- Meranie systolického, diastolického a stredného tlaku
- Venous Stasis = natlakovanie manžety na 80 a podržanie na dobu 2 min pri zavádzaní kanyly
- Nastaviteľné alarmové limity

Dva invazívne krvné tlaky

Zobrazenie tlakovej krivky s nulovou a referenčnou úrovňou

Numericky systolický, diastolický a stredný tlak

Možnosť výberu linky invazívneho tlaku z ponúkaného menu :

Možnosť merania tlakov : arteriálny tlak , centrálny venózný , tlak v pľúcnici , ICP ,....

Lahká obsluha , nulovanie vyvedené na klávesnicu

nastaviteľné alarmové hranice .

Rozsah merania : - 40 až 320 mmHg

Meranie systolic pressure variation a pulse pressure variation SPV/PPV

Meranie teploty:

- 2 vstupy, T1, T2, T2 – T1 (rozdiel teplôt)
- Teplota môže byť meraná z rôznych miest , podľa použitého senzoru - esofageálna, nasofaryngeálna, kožná, rektálna, teplota krvi, axilárna
- Monitor má dva vstupy pre meranie teplôt
- Rozsah merania 10 – 45 stupňov Celzia
- Nastaviteľné alarmové limity


Minimálne invazívne monitorovanie srdcového výdaja – len zo zavedenej arteriálnej


Cardiac Output Insights poskytuje usmernenia na požiadanie, ktoré umožňujú lekárom poskytovať starostlivosť zameranú na príčinu väčšiemu počtu pacientov bez dodatočného hardvéru, plytvania alebo zložitosti.

Algoritmus PRAM™ umožňuje Cardiac Output Insights pokročilé perioperačné hemodynamické monitorovanie kedykoľvek je to potrebné. Jedným dotykom aktivujete nepretržité monitorovanie srdcového výdaja v reálnom čase prostredníctvom už zavedenej arteriálnej linky.

Cardiac Output Insights, priamo integrovaný do monitorovacej platformy Carevance™ od spoločnosti GE Healthcare, kombinuje tri prvky:

- Vstavané meranie srdcového výdaja
- Žiadne špeciálne príslušenstvo
- Zobrazenie na podporu rozhodovania, ktoré pomáha riadiť liečbu





8180000-010	Carevance H1 Patient Monitoring Hub
8182987-001	Carevance Hub with WLAN
8182987-004	50Hz
8182987-009	GEHC TruSignal SpO2 enabler
8182987-012	Multi-parameter customized notification
8182987-013	PRAM powered CO Insights enabler
8182987-055	Full PiCCO with dPmax, PVPI, GEF, CPO, CPI
8182985-008	Slovakian
8180000-003	Carevance D19 Clinical Dock
8182985-008	Power cord EURO 10A 250V STRAIGHT 2.5M
MK-TS2-IEC	MS Starter Kit Advance IEC
E-miniC	CO2 modul
E-BIS	BIS modul
2107176-031	1010132011GE REUSABLE TEMPERATURE PROBE – ESOPHAGEAL/RECTAL (ADULT)
2104162-002	IBP Cable, Edwards Dual, 3.6 m/12 ft.